

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2014 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 32/2014

Data do Processo: 04/06/2014

ANEXO I

Folha: 1/4

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:30 horas do dia 18/06/2014).

Fornecedor:
Endereço:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	18020037	un	TURBIDÍMETRO DIGITAL COM MICROPROCESSADOR DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; PRINCIPIO DE MEDIÇÃO NEFELOMETRICO 90°;LAMPADA DE TUNGSTENIO; LEITURA DIRETA EM NTU; FAIXA MINIMA DE MEDIÇÃO:0 A 1000 NTU; RESOLUÇÃO 0,01NTU; PRECISÃO:+/-2%(ATÉ 100 NTU); SELEÇÃO DE ESCALA AUTOMATICA; AMOSTRA DE NO MINIMO 15 ML; SAIDA RS232; ALIMENTAÇÃO ELETRICA:PILHAS COMUNS OU BATERIA RECARREGAVEL; AUTONOMIA DE NO MINIMO 100 HORAS; INDICADOR DO NIVEL DE BATERIA; MODO DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUANDO O EQUIPAMENTO NAO ESTIVER EM USO:PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO INCLUINDO A BATERIA 600 GRAMAS (+/-10%); PROTEÇÃO CONTRA AGUA E POEIRA- CLASSE DE PROTEÇÃO IP67; DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 3 CUBETAS E 3 PADROES PARA LEITURA DE 10 A 100, E 1000 NTU; MALETA DE TRANSPORTE; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. OBS: O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E VIR CALIBRADA DE FÁBRICA. (18-02-0037)	1.450,0000	2,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2014 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 32/2014

Data do Processo: 04/06/2014

ANEXO I

Folha: 2/4

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
2	18020038	un	KIT PARA ANALISE DE AGUA - COLORIMETRO DIGITAL FOTOCOLORIMETRO COM MICROPROCESSADOR DIGITAL PARA ANALISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO EM CAMPO OU BANCADA. GABINETE ABS, DISPLAY COM INFORMAÇÕES OPERACIONAIS EM PORTUGUES; METODO DPD, FAIXA DE MEDIÇÃO:0,00 A 5,00 MG/L; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR UNIVERSAL 90-240 V 50/60HZ E BATERIA 9 VDC. ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES,6 CUBETAS PARA AMOSTRA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO:110/220V BATERIA 9 V REAGENTES DPD PARA 100 ANALISES; CERTIFICADO DE GARANTIA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E VIR CALIBRADA DE FABRICA. (18-02-0038)	1.474,0000	2,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2014 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 32/2014

Data do Processo: 04/06/2014

ANEXO I

Folha: 3/4

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
3	18020039	un	MEDIDOR DE PH PORTATIL MICROPROCESSADOR, COM COMPENSAÇÃO AUTOMATICA DE TEMPERATURA; ELETRODO PARA MEDIÇÃO COM ELETROLITO EM GEL E SENSOR DE TEMPERATURA; FAIXA DE PH 0,0 A 14,0; FAIXA DE TEMPERATURA DE 0,0 A 50,0 °C, FAIXA DE mV-1999 A +1999; RESOLUÇÃO DE 0,01 pH ,0,1 °C 1,0 mV E PRECISÃO +/-1 %0,1 °C, COMPENSAÇÃO AUTOMATICA DE TEMPERATURA; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NA MEMORIA E NO MINIMO DE 30 RESULTADO; COM MEMORIA DOS VALORES DE MAXIMO, MINIMO E ULTIMO REALIZADO; SAIDA RS 232; ALIMENTAÇÃO ELETRICA ; PILHAS COMUNS OU BATERIA RECARREGAVEL; AUTONOMIA DE NO MINIMO 100 HORAS; INDICADOR DO NIVEL DE BATERIA; MODO DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUNADO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO; PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO INCLUINDO BATERIA: 500 GRAMAS; PROTEÇÃO CONTRA AGUA E POEIRA CLASSE DE PROTEÇÃO IP67; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR COM ELETRODO DE VIDRO PARA pH, SENSOR pT100, PARA TEMPERATURA, CABO FIXO COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 1,2 M E CABO PARA CONEXÃO RS232; RESOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO PADRÃO 4,7 E 10; OBS: O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E VIR CALIBRADA DE FABRICA. AS MEDIDAS DE pH, mV E TEMPERATURA DEVERÃO TER CERTIFICADO RASTREAVEL Á RBC; OS CERTIFICADOS DEVERÃO CONTER OS METODOS DE CALIBRAÇÃO E A INCERTEZA DE MEDIÇÃO; ESTES PADROES DEV EM POSSUIR CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS CSRM, NIST. COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO. O ELETRODO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO DO FABRICANTE OU FORNECEDOR CONTENDO MARCA E MODELO, NUMERO DE SERIE , DATAS DE FABRICAÇÃO, SENDO QUE ENTRE ESTA DATA E A ENTREGA ADMITE-SE O TEMPO MAXIMO DE 6 MESES. AINDA POSSUIR MALETA DE TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. (18-02-0039)	1.474,0000	2,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 22/2014 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 32/2014

Data do Processo: 04/06/2014

ANEXO I

Folha: 4/4

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
4	53010009	un	Hipoclorito de Cálcio Composição: Hipoclorito de Cálcio.....65-70% Cloreto de Sódio.....15-20% Clorato de Cálcio.....0-2% Cloreto de Cálcio.....0-2% Hidróxido de Cálcio.....0-5% Carbonato de Cálcio.....0-2% Água.....4-10% Propriedades Físico-Químicas: Aparência: tabletes brancos Forma: cilíndricas Dimensões (diâmetro x altura).....60 x 40mm Peso.....200g Cloro ativo (mínimo).....65,0% Temperatura de decomposição.....170-180°C Densidade.....1,9 g/cm³ pH a 25C (% em água destilada neutra).....10,4-10,8 Solubilidade em água (25°C).....18,0% Odor: cloro Aplicação: O Hipoclorito de Cálcio é aplicado na desinfecção de água potável - Embalagem Balde 45 Kg. (53-01-0009)	680,0000	20,000			
5	53010011	kg	Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado F-666 Composição Química: Al2(SO4)3 14 H2O Teor mínimo em Al2O3).....14,0% Teor máximo Fe2O3).....2,5% Teor máximo de Acidez Livre (% em massa como H2SO4).....0,5% Teor máximo de Alcalinidade Livre (% em massa como Al2O3).....2,5% Teor máximo de Insolúveis (% em massa)..... 6,0% Solubilidade (25°C).....53,0% Cor Marron cinza Granulometria (passante): Malha 2.....100,0%Mínimo Granulometria (passante) Malha 100.....10,0% Máximo Aplicação: Utilizado no tratamento de água como coagulante e clarificador EMBALAGEM DE 25 KG (53-01-0011)	4,8750	12.000,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor